

CRITERI DI VALUTAZIONE

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI
E MICROINFUSORI PER DIABETOLOGIA IN AMBITO TERRITORIALE ED OSPEDALIERO
OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO**

PUNTEGGIO	
Punteggio Tecnico (qualità)	Ptmax: 70
Punteggio Economico	PEmax: 30
PUNTEGGIO TOTALE	Ptot: 100

Si riterranno esclusi i concorrenti che non raggiungeranno almeno 40 nel punteggio tecnico

LOTTO 1

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX. 70
Dispositivo di espulsione della striscia reattiva	Si = punteggio / No= 0	5
Volume del campione di sangue capillare $\leq 0,5 \mu\text{l}$	Si = punteggio / No= 0	5
Maneggevolezza: peso/dimensioni dello strumento che favoriscano l'uso	La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 100% del punteggio max - Buono: 75% - Discreto 50% - Sufficiente 25% - Insufficiente/non valutabile 0	5
Possibilità di segnalazione dei valori glicemici riscontrati in associazioni ad eventi quali ad esempio: preprandiale, postprandiale, esercizio fisico, ecc.	Si = punteggio / No= 0	5
Funzione di suggerimento di bolo (insulinico)	Si = punteggio / No= 0	5
Possibilità di visualizzare sullo strumento le medie dei valori glicemici riscontrati nelle differenti fasce	Si = punteggio / No= 0	5
Collegamento bluetooth, wi-fi o altri sistemi di trasmissione dati	Si = punteggio / No= 0	10
Batterie facilmente reperibili	Si = punteggio / No= 0	5
Retroilluminazione dello strumento	Si = punteggio / No= 0	5
Guida vocale	Si = punteggio / No= 0	5
Evidenziazione sul display del dato numerico della glicemia mediante diversi colori o segnalatori in funzione dei diversi valori glicemici (alto-basso-normale)	Si = punteggio / No= 0	5
Assistenza tecnica con Informatore di zona e Numero verde	Si = punteggio / No= 0	10

LOTTO 2

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX. 70
Tempo di misurazione della chetonemia ≤ 10 sec.	Si = punteggio / No= 0	10
Avviso della opportunità del controllo dei corpi chetonici	Si = punteggio / No= 0	8
Riconoscimento automatico della striscia per chetoni verso striscia per glicemia	Si = punteggio / No= 0	10
Assenza di codice di calibrazione	Si = punteggio / No= 0	7
Dispositivo di espulsione della striscia reattiva	Si = punteggio / No= 0	10
Batterie facilmente reperibili	Si = punteggio / No= 0	5
Maneggevolezza: peso/dimensioni dello strumento che favoriscano l'uso	La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 100% - Buono: 75% - Discreto 50% - Sufficiente 25% - Insufficiente/non valutabile 0	5
Retroilluminazione dello strumento	Si = punteggio / No= 0	5
Assistenza tecnica con Informatore di zona e Numero verde	Si = punteggio / No= 0	10

LOTTO 3

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX. 70
Esteso range di lettura da negativo fino ad almeno 2.000 mg/dl	Si = punteggio / No= 0	20
Risultato espresso sotto forma di numero	Si = punteggio/ No= 0	15
Scala cromatica di confronto costituita da almeno sei colori	Si = punteggio / No= 0	20
Risultati rapidi entro 30 secondi	Si = punteggio / No= 0	15

LOTTO 4

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX. 70
Esteso range di lettura da negativo fino ad almeno 160 mg/dl	Si = punteggio / No= 0	20
Risultato espresso sotto forma di numero	Si = punteggio / No= 0	15
Scala cromatica di confronto costituita da almeno sei colori	Si = punteggio / No= 0	20
Risultati rapidi entro 15 secondi	Si = punteggio / No= 0	15

LOTTO 5

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX.70
Calibro della punta $\geq 30G$	La Commissione tecnica attribuirà il punteggio massimo al concorrente che offre il prodotto con il calibro della punta più fine. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale	20
Latex-free, senza rilascio di ftalati	Si = punteggio / No= 0	15
Siliconatura	Si = punteggio / No= 0	15
Espulsione automatica delle lancette dal supporto	Si = punteggio / No= 0	20

LOTTO 6

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX.70
Calibro della punta \geq 23G	La Commissione tecnica attribuirà il punteggio massimo al concorrente che offre il prodotto con il calibro della punta più fine. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale	20
Latex-free, senza rilascio di ftalati	Si = punteggio / No= 0	15
Siliconatura	Si = punteggio / No= 0	15
Semplicità e praticità d'uso (maneggevolezza, facilità di utilizzo).	La Commissione attribuirà il punteggio secondo la seguente scala: Ottimo: 100% - Buono: 75% - Discreto 50% - Sufficiente 25% - Insufficiente/non valutabile 0	20

LOTTO 7

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX.70
Calibro della punta dell'ago \geq 31G	La Commissione tecnica attribuirà il punteggio massimo al concorrente che offre il prodotto con il calibro della punta più fine. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale	15
Dichiarazione di essere stati sottoposti a trattamento anti-atrito della punta per facilitare la foratura del tappo della penna da insulina	Si = punteggio / No= 0	10
Lubrificazione interna del lume per facilitare il passaggio di insulina	Si = punteggio / No= 0	10
Innesto ad avvitamento per un'adattabilità ottimale a tutti i tipi di penna	Si = punteggio / No= 0	15
Meccanismo di protezione con sistema di sicurezza passivo	Si = punteggio / No= 0	20

LOTTO 8

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX.70
Calibro della punta dell'ago $\geq 32G$	La Commissione tecnica attribuirà il punteggio massimo al concorrente che offre il prodotto con il calibro della punta più fine. Il coefficiente degli altri concorrenti sarà attribuito in maniera proporzionale	15
Dichiarazione di essere stati sottoposti a trattamento anti-attrito della punta per facilitare la foratura del tappo della penna da insulina	Si = punteggio / No= 0	10
Lubrificazione interna del lume per facilitare il passaggio di insulina	Si = punteggio / No= 0	10
Innesto ad avvitamento per un'adattabilità ottimale a tutti i tipi di penna	Si = punteggio / No= 0	15
Meccanismo di protezione con sistema di sicurezza passivo	Si = punteggio / No= 0	20

LOTTO 9

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX.70
Calibro dell'ago $\geq 30G$	Si = punteggio / No= 0	20
Dichiarazione di essere stati sottoposti a trattamento anti-attrito della punta per facilitare la foratura del tappo del flacone di insulina	Si = punteggio / No= 0	15
Lubrificazione interna del lume per facilitare il passaggio di insulina	Si = punteggio / No= 0	15
Lente di ingrandimento (annessa alla confezione) per ingrandire la scala	Si = punteggio / No= 0	20

LOTTO 10

CRITERI PER ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	MODALITÀ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNT. MAX. 70
Maneggevolezza: peso/dimensioni dello strumento che favoriscano l'uso	La Commissione attribuirà un giudizio collegiale secondo la seguente scala: Ottimo: 100% del punteggio max - Buono: 75% - Discreto 50% - Sufficiente 25% - Insufficiente/non valutabile 0	5
Possibilità di memorizzare i test	Si = punteggio / No= 0	5
Maggiore durata della batteria onde consentire un numero elevato di misurazioni con la stessa	Si = punteggio/ No= 0	10
Retroilluminazione	Si = punteggio / No= 0	5
Tempo di lettura ≤ 6 sec	Si = punteggio / No= 0	5
Volume del campione di sangue capillare < 0,6	Si = punteggio / No= 0	10
Possibilità di effettuare anche la chetonemia	Si = punteggio / No= 0	20
Assistenza tecnica con Informatore di zona e Numero verde	Si = punteggio / No= 0	10

LOTTO 11

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
N° di velocità basali impostabili oltre le 12 richieste nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
N° di profili basali programmabili oltre al minimo di 3 richiesti nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
Segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione	SI'/NO	15
Durata garanzia maggiore di 4 anni	SI'/NO	15

LOTTO 12

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
N° di velocità basali impostabili oltre le 12 richieste nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
N° di profili basali oltre al minimo di 8 richiesti nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
Segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione	SI'/NO	15
Durata garanzia maggiore di 4 anni	SI'/NO	15

LOTTO 13

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
N° di velocità basali impostabili oltre le 12 richieste nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
N° di profili basali oltre al minimo di 8 richiesti nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
Segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione	SI'/NO	15
Archivio alimenti	SI'/NO	15

LOTTO 14

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
N° di velocità basali impostabili	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
N° di profili basali oltre al minimo di 6 richiesti nei "requisiti tecnici minimi"	100% per il N° massimo di velocità basali; 50% per un N° pari alla metà del N° massimo; 25% per un N° pari al 25% del N° massimo	20
Segnali acustici con volume regolabile e/o vibrazione	SI'/NO	15
Durata garanzia maggiore di 4 anni	SI'/NO	15

LOTTO 15

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
Attività maggiore di 6 giorni consecutivi	SI/NO	25
Totale assenza di interfaccia da gestire o programmare da parte del paziente	SI/NO	25
Report con indicazione delle escursioni glicemiche	SI/NO	20

LOTTO 16

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
Distanza minima di ricezione del segnale > 1.5 metri	SI/NO	20
Presenza di software per il download dei dati e sue caratteristiche e funzionalità	SI/NO	25
Resistenza all'acqua del trasmettitore	SI/NO	25

LOTTO 17

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
Vita utile del trasmettitore per 1 anno in utilizzo continuo	SI/NO	25
Possibilità di condivisione telematica dei dati con il team di diabetologia	SI/NO	25
Distanza minima di ricezione del segnale > 1.5 metri	SI/NO	20

LOTTO 18

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNT. MAX.
Sistema operativo Android e iOS	SI/NO	20
Trasmettitore wireless	SI/NO	25
Allarmi predittivi per ipo e iperglicemia	SI/NO	25